

Araçatiguama, 06 De Outubro De 2022

**Ofício SMS N° 508/2022**

Ao

Excelentíssimo Senhor

Paulo Volcov

Presidente Da Câmara Municipal

**Assunto : Em Resposta A Indicação De N° 366/2022 Do(a) Nobre Vereador(a) Iara Costa**

Senhor presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste encaminhar em resposta a indicação de n° 366/2022, onde a nobre vereadora Iara Costa, em que, se refere a manutenção para os dois consultórios dentário das unidades básica de saúde. Portanto a secretaria municipal de saúde vem através deste informa que, já está sendo verificado junto ao setor responsável.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

**C. M. ARAÇATIGUAMA - SP**  
**PROTOCOLO N.º 654/2022**

**EM 06/10/2022**

**HORA: 14:22**

**ASS.:**

**Ivone Alves Araújo**

**Secretaria Municipal De Saúde**

SECRETARIA DE SAÚDE



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Estado de São Paulo



INDICAÇÃO Nº 366/2022

**Solicito a Prefeitura Municipal, a manutenção para os 2 consultórios dentários da UBS do Cintra e o da UBS da Terra Baixa.**

Senhor Presidente

Indico, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício a Prefeitura Municipal junto a Secretaria competente, **Solicitando a Prefeitura Municipal, a manutenção para os 2 consultórios dentários da UBS do Cintra e o da UBS da Terra Baixa**

## JUSTIFICATIVA

- A presente indicação faz necessária tendo em vista que pintura das paredes estão com bolor, precisando urgente arrumar a parte elétrica dos consultórios e a parte hidráulica
- **Considerando pedidos a esta vereadora.**

**Profª Iara Costa**  
**Vereadora**



Documento Assinado Digitalmente em 22/08/2022 12:47:35 - Indicação Nº 366/2022  
Protocolo: Nº 559/2022 - Chave de Validação: 1H85-NWAO-T030-X685





# **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA**

**Estado de São Paulo**



Documento Assinado Digitalmente em 22/08/2022 12:47:35 - Indicação Nº 366/2022  
Protocolo: Nº 559/2022 - Chave de Validação: 1H85-NWAO-T030-X685